Agenzia Italiana del Farmaco
AIFA

Pillole dal Mondo

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi il ritiro a scopo cautelativo di 3 lotti del medicinale GlucaGen® HypoKit, per il trattamento dell'ipoglicemia grave nei pazienti insulino-trattati affetti da diabete, a seguito di una comunicazione dell'azienda produttrice riguardante un difetto di qualità e della successiva notifica di allerta trasmessa a livello europeo.

Buona lettura,
Luca Pani

@AIFA_ufficiale
@Luca_Pani

7 settembre 2016

Ritiro di 3 lotti di GlucaGen® HypoKit in Italia

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha disposto il ritiro a scopo cautelativo di 3 lotti del medicinale GlucaGen® HypoKit, per il trattamento dell'ipoglicemia grave nei pazienti insulino-trattati affetti da diabete, a seguito di una comunicazione dell'azienda produttrice riguardante un difetto di qualità e della successiva notifica di allerta trasmessa a livello europeo. Nello specifico, un certo numero di aghi (lo 0,006%, pari a 1 ago ogni 16.666 siringhe) di alcuni lotti sono risultati distaccati dalla siringa contenuta nella confezione di GlucaGen® HypoKit.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

7 settembre 2016

"*Pillole dal Mondo*" è un'iniziativa di AIFA per i Medici e gli Operatori Sanitari
Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA

Questa email Le è stata inviata in quanto Lei risulta registrato sul sito dell'AIFA o a Medikey. Per aggiornare o modificare il suo profilo o se non desidera più ricevere la presente newsletter, scriva a **news@aifa.gov.it** o a **Medikey**. L'esercizio dei suoi diritti è regolato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 D.Lgs. 196/2003 – **www.agenziafarmaco.gov.it/it/privacy**).