

Pillole dal Mondo

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi la comunicazione con cui l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) raccomanda la sospensione di un impianto utilizzato per favorire la formazione di nuovo tessuto osseo.

Buona lettura, Luca Pani



26 ottobre 2015

EMA raccomanda sospensione di InductOs nell'UE

L'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha raccomandato la sospensione di InductOs, un impianto utilizzato per favorire la formazione di nuovo tessuto osseo in pazienti con problemi ai dischi intervertebrali e fratture alle gambe. InductOs rimarrà sospeso fino a quando non saranno risolti i problemi con il sito di produzione per uno dei suoi componenti (una spugna assorbibile).

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

26 ottobre 2015

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici e gli Operatori Sanitari Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA - Direttore Arianna Gasparini

Questa email Le è stata inviata in quanto Lei risulta registrato sul sito dell'AIFA o a Medikey. Per aggiornare o modificare il suo profilo o se non desidera più ricevere la presente newsletter, scriva a **news@aifa.gov.it** o a **Medikey**. L'esercizio dei suoi diritti è regolato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 D.Lgs. 196/2003 – **www.agenziafarmaco.gov.it/it/privacy**).